牛肉の安全性確認検査結果(全頭検査結果)【平成25年11月分】

・検査場所 スターゼンミートプロセッサー株式会社三戸工場（三戸町）

と畜日 （採材日）	検査日	と畜場名	生産地	放射性セシウムの 検査結果（Bq/kg）
H25.11.7	H25.11.7	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.7	H25.11.7	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.7	H25.11.7	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.7	H25.11.7	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.7	H25.11.7	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.7	H25.11.7	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.7	H25.11.7	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.7	H25.11.7	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.7	H25.11.7	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.7	H25.11.7	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.7	H25.11.7	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.7	H25.11.7	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.7	H25.11.7	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.7	H25.11.7	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.11	H25.11.11	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.11	H25.11.11	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.11	H25.11.11	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.11	H25.11.11	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.11	H25.11.11	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.11	H25.11.11	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.11	H25.11.11	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.11	H25.11.11	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.11	H25.11.11	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.11	H25.11.11	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.11	H25.11.11	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.11	H25.11.11	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.11	H25.11.11	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.11	H25.11.11	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.11	H25.11.11	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.11	H25.11.11	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.11	H25.11.11	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.12	H25.11.12	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.12	H25.11.12	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.12	H25.11.12	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.12	H25.11.12	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.12	H25.11.12	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.12	H25.11.12	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.12	H25.11.12	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.12	H25.11.12	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.20	H25.11.20	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.21	H25.11.22	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.21	H25.11.21	三戸食肉センター	八戸市	検出されず

H25.11.21	H25.11.21	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.21	H25.11.21	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.21	H25.11.21	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.21	H25.11.21	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.21	H25.11.21	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.21	H25.11.21	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.21	H25.11.21	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.21	H25.11.21	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.21	H25.11.21	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.21	H25.11.21	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.21	H25.11.21	三戸食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.27	H25.11.27	三戸食肉センター	八戸市	検出されず

・検査場所 十和田食肉センター（十和田市）

と畜日（採材日）	検査日	と畜場名	生産地	放射性セシウムの検査結果（Bq/kg）
H25.11.6	H25.11.6	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.6	H25.11.6	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.8	H25.11.8	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.8	H25.11.8	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.8	H25.11.8	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.8	H25.11.8	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.8	H25.11.8	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.8	H25.11.8	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.8	H25.11.8	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.8	H25.11.8	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.13	H25.11.13	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.13	H25.11.13	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.13	H25.11.13	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.13	H25.11.13	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.13	H25.11.13	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.13	H25.11.13	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.13	H25.11.13	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.13	H25.11.13	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.13	H25.11.13	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.13	H25.11.13	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.13	H25.11.13	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.13	H25.11.13	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.13	H25.11.13	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.13	H25.11.13	十和田食肉センター	八戸市	検出されず
H25.11.19	H25.11.19	十和田食肉センター	八戸市	検出されず

・検査結果は、検査を行っている青森県の公表結果と同じ表記としています。
・測定は、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課　平成23年7月29日付け「牛肉中の放射性セシウムスクリーニング法の送付について」に基づくNaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータによる。
・測定機器は、パーキンエルマー社 「2480 WIZARD２」による。
・検査結果の放射性セシウムは、セシウム134及びセシウム137の合計値。
・測定下限値（セシウム134とセシウム137の合計値）スターゼンミートプロセッサー株式会社三戸工場：25Bq/kg、その他の検査場所：50Bq/kg
・食品衛生法の規定に基づく牛肉中の放射性セシウムに関する暫定規制値 100Bq/kg。